PID Table
CCR-HFBS
Date Last verified: 11/18/2010

	temperature	P	I	D	Manual	Heater
1	10	5	50	20	0	Med
2	25	20	50	20	0	High
3	125	100	100	20	0	High
4	300	20	50	20	0	High
5	325	200	35	10	0	High
6	263	400	35	3	0	High
7	289	400	30	10	0	High
8	325	400	25	20	0	High
9	350	250	0.1	30	0	High
10						